

... NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, ... România, CIF 20329980, CP 030084
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745, www.cnscl.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea:

DECIZIE

Nr. ...

Data: ...

Prin contestația FN, înregistrată la CNSC sub nr. formulată de ... lider al Asocierii formată din ... ȘI ..., cu sediul în având CUI ... reprezentată prin reprezentată legal prin ... - ... împotriva documentației de atribuire, emisă de către autoritatea contractantă ... cu sediul în județul ... în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări, prin „cerere de oferte”, având ca obiect: „.....”, cod CPV 45215141-7, s-au solicitat următoarele:

- „modificarea/eliminarea acelor specificații tehnice din caietul de sarcini care sunt contrare prevederilor legale în vigoare, în măsura în care Consiliul apreciază că acest lucru este posibil, prin prisma prevederilor Ordinului ANRMAP nr. 171/2012, întrucât se încalcă principiile nediscriminării și tratamentului egal, precizate la art. 2 alin. (2) lit. a) și b) din OUG nr. 34/2006;

- anularea procedurii de atribuire, întrucât prin modificările aduse la documentația de atribuire, autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f) din OUG nr. 34/2006”.

În baza legii și documentelor depuse de părți,
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE:

Respinge, ca nefondată, contestația formulată de ... lider al Asocierii formată din ... ȘI ..., cu sediul în în contradictoriu cu autoritatea contractantă ... cu sediul în județul ...

Obligă autoritatea contractantă la decalarea datei-limită de depunere a ofertelor, prin publicarea unei erate, cu o perioadă suficientă, astfel încât orice operator economic interesat să dispună de un timp rezonabil necesar pentru obținerea informațiilor complete și relevante pentru elaborarea ofertei.

Dispune continuarea procedurii de achiziție publică.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.

MOTIVARE

În luarea deciziei, s-au avut în vedere următoarele:

Prin contestația FN, înregistrată la CNSC sub nr. formulată de ... lider al Asocierii formată din ... ȘI ..., împotriva documentației de atribuire, emisă de către autoritatea contractantă ... în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări, prin „cerere de oferte”, având ca obiect: „.....”, cod CPV 45215141-7, s-au solicitat următoarele:

- „modificarea/eliminarea acelor specificații tehnice din caietul de sarcini care sunt contrare prevederilor legale în vigoare, în măsura în care Consiliul apreciază că acest lucru este posibil, prin prisma prevederilor Ordinului ANRMAR nr. 171/2012, întrucât se încalcă principiile nediscriminării și tratamentului egal precizate la art. 2 alin. (2) lit. a) și b) din OUG nr. 34/2006;

- anularea procedurii de atribuire, întrucât prin modificările aduse la documentația de atribuire, autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f) din OUG nr. 34/2006”.

Prin aceeași contestație, ... lider al Asocierii formată din ... ȘI ... a solicitat și suspendarea procedurii.

Consiliul, prin Decizia CNSC nr. ... a admis solicitarea de suspendare a procedurii de atribuire în cauză, formulată de ... lider al Asocierii formată din ... ȘI ..., în contradictoriu cu autoritatea contractantă ...

În fapt, contestatorul menționează următoarele:

- autoritatea contractantă a inițiat procedura de atribuire în cauză prin publicarea, în SEAP, a invitație de participare nr. ... împreună cu documentația de atribuire aferentă, valoare estimată a achiziției fiind

cuprinsă între 10.216.541,02 lei și 11.216.541,02 lei, iar termenul limită de depunere a ofertelor fiind data de 24.04.2014, ora 09:00;

- a luat la cunoștință de documentația de atribuire în data de 10.04.2014 și, analizând-o, în dorința de a participa la procedura de atribuire, a constatat că aceasta conține cerințe restrictive și neconforme cu prevederile legale în materia achizițiilor publice, în vigoare;

- astfel, ținând cont că data publicării documentației de atribuire este 08.04.2014, iar valoarea estimată este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 255 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, contestatorul subliniază că a depus, în termenul legal, prezenta contestație în ceea ce privește conținutul documentației de atribuire.

În ceea ce privește caietul de sarcini și fișa de date a achiziției, contestatorul a solicitat eliminarea unor specificații tehnice care sunt contrare principiilor achizițiilor publice și actelor normative în materie, în vigoare, aceste prevederi făcând trimitere la specificații tehnice strict determinate, care fac trimitere la unul sau mai mulți operatori economici aflați pe piața din România.

Având în vedere că prin aplicarea OUG nr. 34/2006, se garantează concurența între operatorii economici, și se asigură transparența și integritatea procesului de achiziție publică, precum și utilizarea eficientă a fondurilor publice, contestatorul menționează că introducerea unor obstacole nejustificate și nelegale în cadrul specificațiilor tehnice din caietul de sarcini și din fișele tehnice, prin indicarea unor specificații tehnice care în mod singular sau/și concertat fac trimitere către anumite produse, autoritatea contractantă a încălcat principiul tratamentului egal, restrângând concurența între operatorii economici și făcând astfel imposibilă depunerea de către operatori economici a unor oferte care ar putea să îndeplinească nevoile obiective ale acesteia.

Astfel, contestatorul a solicitat Consiliului modificarea/eliminarea unor serii de specificații tehnice din cadrul documentației de atribuire publicată, care au ca efect favorizarea/eliminarea anumitor operatori economici/a anumitor produse din piață.

a) La "Specificația tehnică numărul 1 - Lampă de operație cu satelit și pregătire pentru camera video" se cer următoarele elemente:

■ "Rotirea brațelor în plan vertical 360° fără oprire"; cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de lămpi, în acest context alte lămpi fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului la procedură, a solicitat utilizarea sintagmei "Rotirea brațelor în plan vertical să se realizeze în intervalul 180°-360°".

■ "Rotirea cupolei în plan vertical minim 400° fără oprire"; cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de lămpi, în acest context

alte lămpi fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului la procedură, a solicitat utilizarea sintagmei " Rotirea cupolei să se realizeze în plan vertical".

- "Lumina emisă formând un con de lumină omogen de min. 75 cm", cerința este restrictivă, lungimea conului de lumina neinfluențând actul medical; în acest sens, a solicitat eliminarea cerinței.

- "Temperatura de culoare reglabilă în 4 trepte"; cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de lămpi, în acest context alte lămpi fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat utilizarea sintagmei "Temperatura de culoare reglabilă".

- "Sistem de control al umbrelor în 3 trepte" cu diferite valori procentuale; cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de lămpi; în acest context alte lămpi fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat utilizarea sintagmei "Sistem de control al umbrelor reglabil".

- "Să permită detectarea automată a distanței de lucru prin intermediul laserului și să mențină automat constant intensitatea luminoasă aleasă pe distanță de 80 - 120cm de la cupola lămpii"; cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de lămpi, în acest context alte lămpi cu performanțe superioare fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. În același timp, intervalul 80 - 120 cm, specific produsului unui anumit producător, este disproporționat în raport cu nevoia obiectivă a autorității contractante, intensitatea luminoasă fiind suficientă și pentru un interval de ... Pentru evitarea restricționării accesului la procedură, a solicitat utilizarea sintagmei "Să permită focalizarea automată a intensității luminoase";.... și precizarea intervalului ofertat.

- "Lampa să fie prevăzută cu senzori capacitivi situați la baza mânerului steril care să poată regla intensitatea luminoasă doar prin atingere ușoară cu mâna"; cerința este restrictivă și face referire la un model exact de lampa, ce încorporează această tehnologie specifică. Nevoia obiectivă a autorității contractante de a regla intensitatea luminoasă se poate realiza și prin alte tehnologii, utilizate în domeniu. De asemenea, utilizarea sintagmei "prin atingeri ușoare cu mâna" induce abordarea unui caracter subiectiv în etapa de evaluare a ofertelor, această specificație tehnică neputând fi confirmată, în mod obiectiv, în cadrul procesului de evaluare.

- "Diametrul câmpului luminos la 1 m distanță 300 mm"; cerința este restrictivă. Indicarea cu exactitate a câmpului luminos indică în mod clar și evident un anumit produs existent în piață, nelăsând posibilă ofertarea unor produse superioare. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat utilizarea sintagmei „ Diametrul câmpului luminos de la 200-300 mm ”.

■ "Indicele de reproducere a culorii pentru lampa principală: min. 98 Ra"; cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de lămpi; în acest context alte lămpi fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat utilizarea sintagmei "Indicele de reproducere a culorii pentru lampa principală: 96-98 Ra".

■ "Indicele de reproducere a culorii pentru lampa satelit: min. 98 Ra"; cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de lămpi; în acest context alte lămpi fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat utilizarea sintagmei "Indicele de reproducere a culorii pentru lampa satelit: 96-98 Ra".

■ "Adâncimea iluminării 1100-1200 mm pentru lampa principală, respectiv 1400- 1500 pentru lampa satelit"; cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de lămpi; în acest context alte lămpi fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat utilizarea sintagmei "Adâncimea iluminării minim 950 mm atât pentru lampa principală, cât și pentru lampa satelit".

b) La "Specificația tehnică numărul 2 - Lampă de operație cu satelit și pregătire pentru camera video" se cer următoarele:

■ "Panou de comandă cu întrerupător pentru diminuarea automată a luminozității cupolei până la aproximativ 5% pentru operații endoscopice"; cerința este restrictivă și face referire la un model exact de lampă. A solicitat eliminarea cerinței sau modificarea în "Posibilitate de luminozitate redusă pentru operații endoscopice", ținând cont că există pe piață foarte multe modele, superioare calitativ, care au leduri separate pentru lumina ENDO (operații endoscopice).

■ "Reglarea distanței de lucru în trei trepte aproximativ de la 0.8m până la 1.1/1.2m"; cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de lămpi; în acest context alte lămpi fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat utilizarea sintagmei "Posibilitate de reglarea a distanței de lucru", sau eliminarea.

Pentru "Cupola principală" se cer:

■ "Număr minim de LED-uri - 90 unități"; cerința este restrictivă și face referire la un model exact de lampa. Numărul de LED-uri nu trebuie să influențeze alegerea unei lămpi de operații, atât timp cât sunt îndeplinite celelalte cerințe tehnice (intensitatea luminoasă etc). A solicitat eliminarea cerinței.

■ "Diametrul cupolei maxim 70mm"; cerința este restrictivă și face referire la un model exact de lampă. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat utilizarea sintagmei (UfO "Diametrul cupolei 60-80mm" sau eliminarea cerinței.

■ "Consum de electricitate al cupolei la 1m distanță de maxim 65W"; cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de lămpi; în acest context alte lămpi fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

Pentru "Cupola satelit" se cer:

■ "Număr minim de LED-uri - 60 unități"; cerința este restrictivă și face referire la un model exact de lampă. Numărul de LED-uri nu trebuie să influențeze alegerea unei lămpi de operații atât timp cât sunt îndeplinite celelalte cerințe tehnice (intensitatea luminoasă etc). A solicitat eliminarea cerinței.

■ "Consum de electricitate al cupolei la 1m distanța de maxim 60W"; cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de lămpi; în acest context alte lămpi fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

c) La "Specificația tehnică numărul 3 - Lampă de operație cu satelit" se cer următoarele:

■ "Lampa principală compusă din două modele emitătoare de lumina cu leduri 140klux"; cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de lămpi; în acest context alte lămpi cu caracteristici superioare fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat utilizarea sintagmei "Lampa principală compusă cu leduri minim 140klux", sau să o elimineți.

■ "Lampa satelit compusă din două modele emitătoare de lumină cu leduri 100klux"; cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de lămpi; în acest context alte lămpi cu caracteristici superioare fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat utilizarea sintagmei "Lampa principală compusă cu leduri minim 100klux", sau eliminarea cerinței.

■ "Temperatura de culoare fixă 4500 K"; cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de lămpi; în acest context alte lămpi cu caracteristici superioare fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat utilizarea sintagmei "Temperatura de culoare fixă sa fie minim 4500 K"

■ "Minim 90 leduri pe flecare cupolă"; cerința este restrictivă și face referire la un model exact de lampă. Numărul de LED-uri nu trebuie să influențeze alegerea unei lămpi de operații atât timp cât sunt îndeplinite celelalte cerințe tehnice (intensitatea luminoasă, etc). A solicitat eliminarea cerinței.

d) La "Specificația tehnica nr. 5 - Masa de operație cu accesorii de chirurgie generala" se cer următoarele:

■ "Înclinația secțiunii picioare sa fie electrica" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de mese de operație; în acest context alte mese fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat utilizarea sintagmei „Înclinația secțiunii picioare sa fie manuală”.

■ "Panou de comandă la nivelul coloanei" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de mese de operație; în acest context alte mese fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

■ "Poziționarea secțiunii cap spre dreapta" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de mese de operație; în acest context alte mese fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

■ "Poziționarea secțiunii cap spre stânga" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de mese de operație; în acest context alte mese fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

■ "Activarea modului de urgent - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de mese de operație; în acest context alte mese fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

■ "Vizualizare modul de service/defecțiune" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de mese de operație; în acest context alte mese fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

■ "Status baterie (telecomanda cu IR)", cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de mese de operație; în acest context alte mese fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

■ "Buton de confirmare/activare" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de mese de operație; în acest context alte mese fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

■ "Posibilitatea ajustării electrice a poziționării sus/jos" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de mese de operație; în acest context alte mese fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat utilizarea sintagmei „Posibilitatea ajustării mecanice a poziționării sus/jos”, sau eliminarea cerinței.

■ La punctul "Detalii tehnice masa" se solicita "Deplasare longitudinală 270 mm" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de mese de operație; în acest context alte mese cu

caracteristici superioare fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat utilizarea sintagmei „Deplasarea longitudinală de minim 270 mm”.

e) "La specificația tehnică nr. 6 Masa de operație electromecanică cu accesorii de ortopedie pediatrică" se ser următoarele:

■ "Panou de comandă la nivelul coloanei" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de mese de operație; în acest context alte mese fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

■ "Poziționarea secțiunii cap spre dreapta" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de mese de operație; în acest context alte mese fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

■ La punctul "Panoul de comandă de la nivelul coloanei"; cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de mese de operație; în acest context alte mese fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

■ La punctul "Coloana mesei de operație", se solicita „încălinția secțiunii picioare să fie electrică"; cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de mese de operație; în acest context alte mese fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat acceptarea sintagmei „încălinția secțiunii picioare să fie manuală", sau eliminarea acestei cerințe.

■ La punctul "Panoul de comandă de la nivelul coloanei" ,se solicita "Activarea modului de urgent" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de mese de operație; în acest context alte mese fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

■ La punctul "Panoul de comandă de la nivelul coloanei" se solicita "Vizualizare modul de service/defecțiune" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de mese de operație; în acest context alte mese fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

■ La punctul "Funcțiile celor două telecomanzi cu IR" se solicita "Status baterie (telecomandă cu IR)" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de mese de operație; în acest context alte mese fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

■ La punctul "Funcțiile celor două telecomanzi cu IR" se solicita "Buton de confirmare/activare" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de mese de operație; în acest context alte mese

fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

f) "La specificația tehnica nr. 7 Masa de operație electromecanica cu accesorii de chirurgie oncologica" se cer următoarele:

- "Panou de comanda la nivelul coloanei" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de mese de operație; în acest context alte mese fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

- La punctul "Panoul de comandă de la nivelul coloanei", se solicită "Poziționarea secțiunii cap spre dreapta" cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de mese de operație; în acest context alte mese fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

- La punctul "Panoul de comandă de la nivelul coloanei" se solicita "Poziționarea secțiunii cap spre stânga" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de mese de operație; în acest context alte mese fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

- La punctul "Panoul de comandă de la nivelul coloanei" se solicita "Activarea modului de urgent" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de mese de operație; în acest context alte mese fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

- La punctul "Panoul de comanda de la nivelul coloanei" se solicita "Vizualizare modul de service/defecțiune" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de mese de operație; în acest context alte mese fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

- La punctul "Funcțiile celor două telecomanzi cu IR" se solicită "Status baterie (telecomanda cu IR)" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de mese de operație; în acest context alte mese fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

- La punctul "Funcțiile celor doua telecomanzi cu IR" se solicita "Buton de confirmare/activare", cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de mese de operație; în acest context alte mese fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

g) "La specificația tehnica nr. 9 Aparat de anestezie" se cer următoarele:

- "Sistem de anestezie format din aparat de anestezie cu ventilator electric integrat" - Această cerință "Sistem de anestezie format din aparat de anestezie cu ventilator electric integrat" se execută doar de către un anumit producător și are un caracter restrictiv

pentru echipamentele superioare din punct de vedere al tehnologiei folosite, astfel un echipament ce folosește un ventilator cu comandă electro-pneumatică, este neconform cu cerințele caietului de sarcini. Drept pentru care a solicitat eliminarea cerinței.

- "Masa de scris glisanta, care culisează în interiorul sasiului" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de aparate de anestezie; în acest context alte aparate fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat utilizarea sintagmei „Prevăzut cu masa de scris”, sau eliminarea acestei cerințe.

- "Aspirator bronșic cu doi recipienți autoclavabili" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de aparate de anestezie; deoarece volumul acestor recipienți poate varia de la un producător la altul și echipamentele care un singur recipient autoclavabil cu dimensiunile adecvate pentru buna funcționalitate a aspiratorului și operației în sine de aspirație, fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat utilizarea sintagmei „Aspirator bronșic cu un recipient autoclavabil”, sau eliminarea acestei cerințe.

- "Soft-ul de operare, mesaje de alarmă, texte, etc. în limba română" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de aparate de anestezie; în acest context alte aparate fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat utilizarea sintagmei „Soft-ul de operare, mesaje de alarmă, texte, etc. într-o limbă de circulație internațională”, sau eliminarea acestei cerințe.

- "Braț articulată reglabil pe înălțime, pentru circuite pacient semi-închise, fixabil pe ambele părți ale aparatului" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de aparate de anestezie; în acest context alte aparate fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat utilizarea sintagmei „Braț articulată reglabil pe înălțime, pentru circuite pacient semi-închise, fixabil una din părțile aparatului”, sau eliminarea acestei cerințe.

- "Circuit pacient autoclavabil la aproximativ 134 grade C" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de aparate de anestezie; în acest context alte aparate fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat utilizarea sintagmei „Tipul Circuit pacient autoclavabil la aproximativ 121 grade C” sau eliminarea acestei cerințe deoarece este restrictivă.

- "Ventilator acționat electric sau pneumatic cu compresor integrat în sasiul aparatului" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de aparate de anestezie; în acest context alte aparate fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini.

Acest tip de configurație un dezavantaj, deoarece, odată cu instalarea compresorului sau a turbinei în cadrul echipamentului, precizia aparatului scade. În acest context, un echipament cu compresor integrat nu poate asigura un debit și volum mic, perturbațiile induse de vibrațiile și debitul compresorului generând erori. Pentru evitarea restricționării accesului altor ofertanți, a solicitat eliminarea acestei cerințe.

- "Ventilator acționat electric ce nu necesită un gaz motor pentru a funcționa" cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de aparate de anestezie; în acest context alte aparate fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

- "Indicator grafic pentru nivelul de încărcare al acumulatorului" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de aparate de anestezie; în acest context alte aparate fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat utilizarea sintagmei „indicator grafic pentru starea incarcat/descarcat a acumulatorului" deoarece majoritatea echipamentelor au un sistem de alarmare in caz de baterie descarcată.

- "Monitorizarea transmisiei neuromusculare, Mod "single twitch", afișarea valorii NMT după un singur impuls de stimulare, Mod "train of four" (TOF) - afișează valoarea TOF după patru impulsuri și afișează grafic dimensiunea relativă a flectării încordări, Mod "post-tetanic count" (PTC) afișează valoarea PTC după o stimulare continua pe durata a 5 secunde, Monitorizarea debitului cardiac prin metoda termodilutiei, Monitorizarea debitului cardiac prin metoda analizei pulsului (piCCO), Monitorizare index bisectral BIS, Monitorizare 4 canale EEG, Monitorizare simulanta a 5 tensiuni arteriale invazive, Pulsoximetrie duala SpO2- dual: să poată monitoriza simultan doi senzori de SpO2, să afișeze simultan valorile măsurate de cei doi senzori și să poată fi setată alarma pentru diferența dintre valorile măsurate (delta SpO2), Afișarea pe un display secundar (ex. monitor (c3) de calculator) a altor forme de unda decât cele afișate pe ecranul monitorului hemodinamic sunt cerințe restrictive pentru anumiți producători și va solicităm să eliminați aceste cerințe" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de aparate de anestezie; în acest context alte aparate fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

- "Suport programabil cu următoarele funcții: să permită decuplarea rapida a monitorului împreună cu accesoriile acestuia, pentru transport (să se cupleze/decupleze prin acționarea unei clapete); cablurile să se conecteze prin suport astfel încât să nu fie necesară decuplarea acestora în cazul transportului monitorului;

suportul să poată fi programat pentru a configura automat monitoarele conectate la el cu anumite setări specifice locului în care se află acesta; interfața pentru conectarea monitorului de funcții vitale la aparatul de anestezie care să permită: afișarea de curbe tip bucia (loops) în presiune/volum și flux/volum, afișarea simultană a curbei de presiune și a curbei de flux, afișarea de minitrenduri pentru parametrii de ventilație, afișarea de trenduri pentru parametrii de ventilație" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de aparate de anestezie; în acest context alte aparate fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

- "Aparatul trece automat în modul sleep (economic) dacă nu este utilizat" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de aparate de anestezie; în acest context alte aparate fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

- La punctul Configurația aparatului" se solicita "Funcție de pornire automată - aparatul pornește automat din modul sleep dacă: se modifică parametrii ventilatorului, se pornește debitul unui gaz" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de aparate de anestezie; în acest context alte aparate fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. În cazul în care există o fluctuație de presiune în instalația spitalului, echipamentul poate interpreta aceasta fluctuație ca un impuls de comandă. De regulă, echipamentele stau în stand-by în permanentă pentru a putea fi operaționale într-un interval de timp foarte scurt. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

i) "La specificația tehnică nr.15 - Set mobilier sala de operație", se cer următoarele:

- La punctul "Măsuța mobilă inox cu 3 polițe", se solicită " Cu 2 mânere inox incorporate pentru manevrare" - Pentru evitarea restricționării accesului altor producători de mobilier, a solicitat utilizarea sintagmei „Cu un singur mâner inox" sau eliminarea acestei cerințe, deoarece este restrictivă.

- La punctul "Măsuță instrumentar tip MAYO sau echivalent, se solicită "Greutatea mesei maxim: 8 kg". Pentru evitarea restricționării accesului altor producători de mobilier, a solicitat eliminarea acestei cerințe.

- La punctul "Masuță mobilă inox cu 2 polițe", se solicită "Mânere de manipulare" - Pentru evitarea restricționării accesului altor producători de mobilier, a solicitat utilizarea sintagmei „Cu cel puțin un mâner de manipulare", sau eliminarea acestei cerințe, deoarece este restrictivă.

j) La specificația tehnică nr. 17 - Sistem încălzire pacient" se cer următoarele:

- "4 setări de temperatură (32,38,43 grade C, ambiental)" - Pentru evitarea restricționării accesului altor producători de sisteme de încălzire pacient, a solicitat utilizarea sintagmei „Setarea temperaturii sa fie reglabilă”, sau eliminarea acestei cerințe, deoarece este restrictivă.

- "Câte un buton pentru fiecare treaptă de temperatură" - Pentru evitarea restricționării accesului altor producători de sisteme de încălzire pacient, a solicitat utilizarea sintagmei „Setarea temperaturii să se realizeze cu incremente de 1 grad”, sau eliminarea acestei cerințe, deoarece este restrictivă.

k) "La specificația tehnică nr. 18" se solicită "Anoda staționară". O anodă rotativă asigură o capacitate de disipare a căldurii mult mai mare decât adodele staționare ceea ce duce la o durată de viață a tuburilor cu raze X mai mare și implicit la costuri de mentenanță mai scăzute". Având în vedere că aparatele Roentgen mobil cu braț C utilizate în sălile de operație sunt utilizate intens pe durata procedurilor operatorii este necesar ca tuburile cu raze X să aibă o capacitate de disipare a căldurii cât mai mare pentru a evita timpi de răcire prelungiți în care aparatul nu poate fi utilizat. Impunerea soluției cu anod staționară conduce în mod evident la favorizarea unui anumit ofertant în defavoarea obținerii unui aparat performant adaptat cerințelor actuale de lucru. Pentru evitarea restricționării accesului altor producători de sisteme de încălzire pacient, a solicitat eliminarea acestei cerințe.

l) La "Specificația tehnică nr.26 - Pat ATI cu sistem de mobilizare pentru pacienți cu risc mediu", se cer următoarele:

- "Suprafața pentru pacient fixată pe 2 coloane telescopice pentru o ușoară curățare și stabilitate mare a patului în orice poziție" și "Coloane telescopice din profil de aluminiu, netede, fără denivelări și îmbinări dificil de curățat - Aceste 2 cerințe sunt restrictive pentru un anumit producător, deoarece suprafața pentru pacient poate fi fixată și pe alte mecanisme de susținere, care pot conferi atât o stabilitate ridicată a patului în orice poziție, cât și facilitarea igienizării acestor mecanisme. Pentru evitarea restricționării accesului altor producători de sisteme de încălzire pacient, a solicitat eliminarea acestei cerințe.

- "Buton special de activare a tastelor de pe panoul central de comandă și de pe telecomandă. Butonul să rămână activ 3 minute după apăsare, timp în care poate fi apăsată tasta funcției selectate, pentru a acționa patul sau a bloca funcțiile individuale respective" - Prin simpla menționare a acelor 3 minute, afirmația indică apartenența produsului ca aparținând portofoliului unui anumit producător. Pentru evitarea restricționării accesului altor producători de sisteme de încălzire pacient, a solicitat eliminarea acestei cerințe.

■ "Panourile laterale formate din cate 2 secțiuni independente: superioare și mediane situate pe ambele laturi ale patului, ce asigură protecție laterală sigură pentru pacient", respectiv "Posibilitate de upgradare cu panouri inferioare care să asigure protecția laterală pe întreaga lungime a patului" - Consideră că aceste 2 cerințe sunt restrictive pentru anumiți producători, deoarece panourile laterale pot fi formate din 2 elemente pentru asigurarea protecției pe întreaga lungime a patului, nu doar pentru partea superioară și mediană. Cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de paturi, în acest context alte paturi fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea sau modificarea cerințelor.

■ "Cu tija de sprijin integrată în platforma saltelei pentru coborârea pacientului din pat" și "Buton integrat în tija de sprijin pentru ca pacientul să regleze înălțimea optimă a patului la coborârea din pat" - Aceste 2 cerințe sunt restrictive și consideră că este suficient să se specifice ca patul să beneficieze de măsuri pentru facilitarea coborării/urcării din/în pat a pacientului. Cerința indică o anumită categorie de paturi, în acest context alte paturi fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea sau modificarea cerințelor.

■ "Pe cadrul patului să existe 2 suporturi laterale pentru montarea diverselor accesorii" - Cerința indică o anumită categorie de paturi, în acest context alte paturi fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea sau modificarea cerinței.

■ La punctul " Date tehnice pat", se solicita " Unghi de ridicare coapse: min 30 grade". Cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de paturi; în acest context alte paturi fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat utilizarea sintagmei „Unghi de ridicare coapse : min 22 grade", sau eliminarea cerinței.

n) "La specificația tehnică nr. 27 Monitor pacienți" se solicită:

■ "Prevăzut cu tastatură alfanumerică pe ecran" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de monitoare; în acest context alte monitoare ce utilizează alte tipuri de tastaturi, dar cu aceeași funcționalitate sunt considerate neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

■ "Senzor/sonda SpO2 reutilizabila, tip adult, imersibilă, total în lichid pentru dezinfecție" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de monitoare; în acest context alte monitoare sunt considerate neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

■ "Introducerea comenzilor prin atingerea ecranului" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de monitoare; Aceasta cerința poate avea un caracter de inferioritate, deoarece funcția de ecran tactil este predispusa decalibrării ecranului. Pentru evitarea restricționării accesului altor producători, a solicitat eliminarea cerinței.

■ "Autonomie: minim 3 h" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de monitoare, în acest context alte monitoare fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat utilizarea sintagmei „ Autonomie: minim 2h”.

■ "Memorare continuă curba EKG minim 5 zile" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de monitoare, în acest context alte monitoare fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat utilizarea sintagmei „Memorare continuă curbă EKG minim 18 ore”, sau eliminarea cerinței.

■ "Memorare evenimente aritmie cu o stocare de până peste 5 zile de episoade aritmice" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de monitoare, în acest context alte monitoare fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat utilizarea sintagmei „Memorare evenimente cu o stocare de peste 80 de episoade aritmice”.

■ "Aritmii minim detectate: ASYSTOLA, VF, VT, EXT TACHY, EXT BRADY, VPC RUN, V BRADY; V BRADY, SV, TACHY, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA, PAUSE, COUPLET, EARLY VPC, MULTIFORM, V RHYTHM, BIG EM I NY, TRIGEMINY, VPC, IRREGULAR RR, PROLONGED RR, PACER NON-CAPTURE, NO PACER PULSE" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de monitoare, în acest context alte monitoare fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

■ "Tendințe (istoric parametri pacienți) semne vitale grafice 5 zile" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de monitoare, în acest context alte monitoare fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

■ "Program măsurători NIBP pentru inducerea Anesteziei Generala" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de monitoare, în acest context alte monitoare fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

■ La punctul "NIBP" se solicită "Program măsurători NIBP pentru introducerea Anesteziei Spinale" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de monitoare, în acest context alte monitoare fiind

neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

■ La punctul "NIBP" se solicită "Declanșarea automată a unei masuri, indiferent de faptul că aparatul este în mod manual sau auto, atunci când monitorul estimează ca limitele de alarmă ale presiunii sistolice vor fi depășite" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de monitoare, în acest context alte monitoare fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

■ La punctul "NIBP" se cer "Cel puțin 2 programe citire pentru anestezie" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de monitoare, în acest context alte monitoare fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

■ La punctul "Temperatura" se solicită "Gama de măsură și alarmare: 0-45 grade C" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de monitoare, în acest context alte monitoare fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

■ La punctul "Temperatura" se solicita "Posibilitatea upgradare ulterioara Debit cardiac continuu neinvaziv" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de monitoare, în acest context alte monitoare fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

■ La punctul "Temperatura" se solicita "Configurare de către doctor a unor butoane de display pentru comenzi rapide" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de monitoare, în acest context alte monitoare fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

■ La punctul "Temperatura" se solicita "Memorizare și revedere lista de alarme apărute în ultimele 5 zile" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de monitoare, în acest context alte monitoare fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

■ La punctul "Temperatura" se solicita "Funcționare pe acumulator inclus minim 3 ore" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de monitoare, în acest context alte monitoare fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței, a solicitat utilizarea sintagmei „Funcționare pe acumulator inclus minim 2 ore”.

■ La punctul "Temperatura" se solicită "Funcție de ajutor cu explicații sub forma de imagini grafice, sugestive, care prin figuri succesive pe ecran să ducă la rezolvarea problemei sau alarmei" -

cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de monitoare, în acest context alte monitoare fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat eliminarea cerinței.

■ La punctul "Temperatura" se solicită "Meniu limba română" - cerința este restrictivă și indică o anumită categorie de monitoare, în acest context alte monitoare fiind neconforme în raport cu cerințele caietului de sarcini. Pentru evitarea restricționării accesului, a solicitat utilizarea sintagmei „Soft-ul de operare, mesaje de alarma, texte, etc. într-o limbă de circulație internațională”, sau eliminarea acestei cerințe.

În Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări":

În "Fișa tehnică numărul 1 - Consola anestezist - Sala de Operații" se cer următoarele:

■ "Din considerente igienice bara eurorail va fi executată dintr-o bucată, fără întreruperi, din oțel inoxidabil AISI 304, cu secțiunea de 25x10 mm, ce urmărește conturul etajerei pe trei laturi" - Cerința este restrictivă, faptul că bara euro-rail are sau nu întreruperi nu este un criteriu care să afecteze funcționalitatea consolei și a accesoriilor susținute pe aceasta, chiar din considerente igienice, atâta timp cât consola per ansamblu "Bara pentru injectomate din oțel inoxidabil AISI 304, cu diametrul 030mm", respectiv "Stativ de perfuzii telescopic complet executat din oțel inoxidabil AISI 304, cu diametrul 030mm" - Solicitarea unei grosimi fixe pentru bara pentru injectomate, respectiv, pentru stativul de perfuzii are caracter restrictiv și nejustificat, atâta timp cât capacitatea de susținere garantată de producător corespunde cerințelor.

"Încălzitor soluții perfuzabile utilizat în administrarea rapidă a fluidelor perfuzabile cu prindere pe bara de accesorii" - Acesta este un dispozitiv care nu are nici o legătură cu instalația de gaze și fluide medicale și trebuie solicitat într-o listă separată, nu împreună cu consola anestezist. Acest echipament este introdus din considerente pur restrictive și trebuie eliminat din specificația tehnică.

1. În configurația mai multor fișe tehnice (numărul 1, 2, 3, 4) se solicită prize de gaze medicale "prevăzute cu LED indicator integrat ce alarmează vizual în cazul scăderii sau depășirii presiunii de lucru", iar "Alimentarea LED-ului se va face prin intermediul unei baterii cu durata de viață de min. 5 ani" - Aceste cerințe sunt pur restrictive. Nici un normativ nu solicita prize pentru alimentarea gazelor medicale cu LED, avertizarea la creșterea sau depășirea presiunii de lucru fiind complet inutilă dpdv funcțional, instalația având alte elemente componente cerute de ISO 7396-1 strict pentru așa ceva. De asemenea, alimentarea cu baterie cu durata de viață de minim 5 ani duce la un singur producător de astfel de prize.

2. În "Fișa tehnică numărul 2 - Consola chirurg", se cere: "Din considerente igienice bara eurorail va fi executată dintr-o bucată, fără întreruperi, din oțel inoxidabil AISI 304, cu secțiunea de 25x10 mm, ce urmărește conturul etajerei pe trei laturi" - Cerința este restrictivă, faptul că bara eurorail are sau nu întreruperi nu este un criteriu care să afecteze funcționalitatea consolei și a accesoriilor susținute pe aceasta, chiar din considerente igienice, atâta timp cât consola per ansamblu respectă standardele.

3. În "Fișa tehnică numărul 4 - Rampa orizontală pt. 2 posturi pre/postoperator" se cere: "Sarcina barei eurorail min. 90Kg/m" - Cerința este restrictivă și exagerată, neexistând echipamente și accesorii cu montaj pe șina care să necesite o astfel de capacitate de susținere (de exemplu, pentru rampa de față șinele de accesorii ar trebui să susțină în total o greutate de 972 kg). În plus, se cere ca "Echipamentul se livrează cu toate elementele necesare pentru montarea și rigidizarea pe peretele de gips-carton", o astfel de rigidizare la o asemenea capacitate de susținere fiind imposibilă pe peretele din gips-carton.

4. În "Fișa tehnică numărul 5 - Rampa orizontală sala de gipsare" se cere: "Sarcina barei eurorail min. 90Kg/m" - Cerința este restrictivă și exagerată, neexistând echipamente și accesorii cu montaj pe șină care să necesite o astfel de capacitate de susținere).

5. În fișele "Fișa tehnică numărul 9 - Stație centrală de butelii de N20" respectiv " Fișa tehnică numărul 10 - Stație centrală de butelii de CO2" se solicită ca "După instalare, executantul va face dovada realizării testelor în conformitate cu ISO 7396-1("Sisteme de distribuție pentru gaze medicale - Instalații pentru gaze medicale comprimate și vacuum") și va emite buletinele de încercări și verificări", însă din configurația acestora lipsesc elemente componente esențiale solicitate de acest normativ ISO 7396-1: cum ar fi: Conform articolului 5.2.2.1 aliniatul a al normativului ISO 7396-1, în vederea asigurării continuității în alimentarea cu gaze comprimate și vacuum, pentru fiecare gaz comprimat sau vacuum sunt necesare trei surse de alimentare, lucru respectat pentru stațiile de aer comprimat (fișa tehnică 7) și de vacuum (fișa tehnică 8), însă nerespectat în aceste fișe pentru N20 și CO2.

Conform articolului 6.4 aliniatele a și b ale normativului ISO 7396-1, trebuiesc montate sisteme de alarmare la scăderea sub minim a capacității buteliilor de alimentare cu gaze medicale pentru fiecare ramura în parte, lucru nespecificat în fișele tehnice mai sus amintite.

În "Fișa tehnică numărul 11 - Stativ perfuzii dublu articulată" se cere: "Din considerente igienice bara eurorail va fi executată dintr-o bucată, fără întreruperi, din oțel inoxidabil AISI 304, cu secțiunea de 25x10 mm, ce urmărește conturul etajerei pe trei laturi" - Cerința este

restrictivă, faptul că bara euro-rail are sau nu întreruperi nu este un criteriu care să afecteze funcționalitatea consolei și a accesoriilor susținute pe aceasta, chiar din considerente igienice, atâta timp cât consola per ansamblu respectă standardele.

6. În "Fișa tehnică numărul 4 - Rampa orizontală pt. 2 posturi pre/postoperator" se cere: "Sarcina barei eurorail min. 90Kg/m" - Cerința este restrictivă și exagerată, neexistând echipamente și accesorii cu montaj pe șina care să necesite o astfel de capacitate de susținere (de exemplu, pentru rampa de față șinele de accesorii ar trebui să susțină în total o greutate de 972 kg). În plus, se cere ca "Echipamentul se livrează cu toate elementele necesare pentru montarea și rigidizarea pe peretele de gips-carton", o astfel de rigidizare la o asemenea capacitate de susținere fiind imposibilă pe peretele din gips-carton.

7. În "Fișa tehnică numărul 5 - Rampa orizontală sala de gipsare" se cere: "Sarcina barei eurorail min. 90Kg/m" - Cerința este restrictivă și exagerată, neexistând echipamente și accesorii cu montaj pe șina care să necesite o astfel de capacitate de susținere).

8. În fișele "Fișa tehnică numărul 9 - Stație centrală de butelii de N20" respectiv "Fișa tehnică numărul 10 - Stație centrală de butelii de CO2" se solicită ca "După instalare, executantul va face dovada realizării testelor în conformitate cu ISO 7396-1 ("Sisteme de distribuție pentru gaze medicale - Instalații pentru gaze medicale comprimate și vacuum") și va emite buletinele de încercări și verificări", însă din configurația acestora lipsesc elemente componente esențiale solicitate de acest normativ ISO 7396-1: cum ar fi: Conform articolului 5.2.2.1 aliniatul a al normativului ISO 7396-1, în vederea asigurării continuității în alimentarea cu gaze comprimate și vacuum, pentru fiecare gaz comprimat sau vacuum sunt necesare trei surse de alimentare, lucru respectat pentru stațiile de aer comprimat (fișa tehnică 7) și de vacuum (fișa tehnică 8), însă nerespectat în aceste fișe pentru N20 și CO2.

Conform articolului 6.4 aliniatele a și b ale normativului ISO 7396-1, trebuiesc montate sisteme de alarmare la scăderea sub minim a capacității buteliilor de alimentare cu gaze medicale pentru fiecare ramură în parte, lucru nespecificat în fișele tehnice mai sus amintite.

9. În "Fișa tehnică numărul 11 - Stativ perfuzabil dublu articulată" se cere: "lungimea barei de aprox. 750mm, diametru 30mm" - Consideră restrictivă solicitarea unei grosimi fixe pentru bara pentru injectomate atâta timp cât capacitatea de susținere garantată de producător corespunde cerințelor.

În vederea soluționării contestației susmenționate, Consiliul a solicitat autorității contractante, prin adresa nr. 6436/.../...

14.04.2014, să transmită copia dosarului achiziției publice, precum și punctul de vedere referitor la contestație.

Prin adresele nr. 80824/... nr. 82658/16.04.2014 și nr. 83253/17.04.2014, înregistrate la CNSC sub nr. ... nr. ... nr. 12115/17.04.2014, respectiv nr. 12431/22.04.2014, autoritatea contractantă a transmis, în copie, documentele solicitate, precum și punctul de vedere referitor la contestația formulată de ... solicitând Consiliului respingerea cererii contestatorului de anulare a procedurii de achiziție din următoarele motive:

- a demarat procedura în baza unui contract de finanțare cu fonduri nerambursabile, valoare proiectului fiind de 2.034.921,90 euro, din care finanțare nerambursabilă de 2.000.000 euro; MUNICIPIULUI ... îi revin 1.490.171,90 euro, din care 1.455.250 euro reprezentând 97,66%, finanțare nerambursabilă și 34.921,90 contribuție proprie; termenul de finalizare al proiectului este august 2014;

- prin modul în care a formulat caietul de sarcini a avut în vedere achiziționarea celor mai bune echipamente/aparate/dispositive și instrumentare medicale de pe piața europeană, pentru acest fapt specificațiile tehnice au fost astfel formulate, pentru a achiziționa cele mai înalte echipamente medicale în domeniu care întrunesc standardele europene și naționale dat fiind faptul că banii pentru achiziționarea acestora sunt bani proveniți din proiecte europene cu fonduri nerambursabile, proiectul în speța fiind supus controalelor și verificărilor organismelor naționale și comunitare în domeniu;

- ca urmare, în procesul de stabilire a parametrilor tehnici nu a încălcat principiul nediscriminării sau tratamentului egal invocat de către contestator;

- dreptul național aplicabil în speță este art. 2 și art. 35 din OUG nr. 34/2006;

- pentru rezolvarea dificultăților de interpretare a legislației comunitare art. 267 din Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene instituie procedura numită "prejudicială" (preliminară) care permite judecătorului național să solicite un aviz Curții de Justiție a Uniunii Europene atunci când o chestiune de drept comunitar este ridicată în cursul derulării unui proces, cu privire la:

1. Interpretarea unei reguli de drept comunitar (spre exemplu un articol al tratatului sau al unui regulament European);

2. Validitatea unui act comunitar (de exemplu, dacă o directivă este conformă tratatelor europene sau principiilor generale ale dreptului comunitar);

- răspunsurile instanței europene au caracter obligatoriu și sunt utile atât pentru soluționarea litigiului în cadrul cărui s-au născut întrebările preliminare, cât și în alte situații similare în care se discută aspectele analizate de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene;

- în continuare, autoritatea contractantă prezintă interpretarea calificată a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) cu privire la articolele din OUG nr. 34/2006, menționate mai sus;

- ca urmare a celor statuate de CJUE, autoritatea contractantă afirmă că nu a încălcat principiul nediscriminării sau cel al tratamentului egal, așa cum invocă contestatorul care deși susține acest fapt nu îl demonstrează;

- demonstrarea contestatorului se reduce la simplul fapt de a arată că echipamentele medicale pe care le comercializează nu se ridică la standardele înalte de calitate impuse, dar cu toate acestea dorește să modifice caietul de sarcini în sensul modificării acestor standarde de calitate pentru a forța autoritatea contractantă să achiziționeze produse inferioare pe bani neramburasibili, punând astfel MUNICIPIUL ... în situația de a încălca art. 2 alin. 2 lit. f) din OUG nr. 34/2006, respectiv principiul eficienței utilizării fondurilor;

- contestatorul nu a demonstrat faptul că aceste cerințe ar fi restrictive deși îi incumbă această obligație, ci se axează pe demonstrarea necesității suspendării procedurii omițând demonstrarea celui alt capăt de cerere, respectiv anularea procedurii;

- contestatorul trebuia, în mod punctual, să demonstreze în ce mod cerințele invocate de ea în contestație încalcă prevederile art. 2 alin. 2 lit. a) - f), dar întrucât nu a făcut-o lasă doar impresia faptului că produsele comercializate de el nu întrunesc cerințele solicitate de autoritatea contractantă, deși însăși contestatorul arată că există cel puțin unul sau mai mulți operatori economici în România care se încadrează în aceste cerințe;

- autoritatea contractantă susține că a respectat prevederile art. 38 alin. (1) și art. 35;

- susține că ofertantul are posibilitatea de a se asocia cu alți operatori economici, pentru a se putea încadra în cerințele solicitate de către autoritatea contractantă, conform prevederilor art. 41;

- de asemenea, autoritatea contractantă în cuprinsul punctului său de vedere, prezintă motivele care au stat la baza solicitării cerințelor tehnice cerute, motive ce au avut în vedere finalitatea actului medical la cea mai înaltă calitate.

Având în vedere toate considerentele invocate mai sus, ținând cont de principiul de drept conform căruia reclamantului îi incumbă sarcina probei (incubit onus probandi), autoritatea contractantă a solicitat Consiliului respingerea contestației, fiind nefondată și lipsită de obiect, precum și continuarea procedurii de atribuire.

Prin adresa nr. 83107/17.04.2014, înregistrată la CNSC sub nr. 12349/22.04.2014, autoritatea contractantă a adus la cunoștința Consiliului faptul că, în cadrul procedurii de achiziție în cauză, a dispus

măsuri de remediere ca urmare a contestației depuse de ... pe care le detaliază, cu precizarea că aceste măsuri au fost publicate în SEAP.

Prin adresa FN, înregistrată la CNSC cu nr. 13087/28.04.2014, ... lider al Asocierii formată din ... ȘI ... și-a completat contestația ca urmare a punctului de vedere al autorității contractante nr. 83253/17.04.2014, precizând următoarele:

- maniera în care autoritatea contractantă a elaborat punctul său de vedere față de contestația sa demonstrează reaua credință a acesteia în aplicarea principiilor din materia achizițiilor publice, respectiv promovarea concurenței între operatorii garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică, asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritatea contractantă;

- punctul de vedere al autorității contractante, însoțit de măsurile de remediere dispuse de aceasta ca urmare a contestației ... poate fi catalogat drept un veritabil caiet de sarcini pentru procedura de atribuire în cauză, fiind mult mai cuprinzător decât cel din documentația de atribuire, referindu-se astfel la specificații tehnice noi, ce au modificat elementele caietului de sarcini publicat în SEAP;

- astfel, prin răspunsul său, autoritatea contractantă a dispus modificarea conținutului documentației de atribuire, prin acte administrative, întrucât măsurile de remediere nu au adus lămuriri/explicitări/limpeziri cu privire la conținutul caietului de sarcini, ci au modificat elementele inițiale, tehnico-constructive, ale aparatului medical respective;

- acum, față de caracteristicile inițiale solicitate în caietul de sarcini, autoritatea contractantă, prin măsurile de remediere dispuse, solicită alte tipuri de aparate medicale, cu alte caracteristici tehnico-constructive și, implicit, cu o altă valoare estimată;

- în consecință, în opinia sa, autoritatea contractantă se face vinovată de încălcarea prevederilor Ordinului nr. 171 din 7 mai 2012 cu privire la clarificările ce vizează conținutul documentației de atribuire, emis de ...și publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 15 mai 2012;

- în speță, autoritatea contractantă a încălcat prevederile art. 1, teza a doua, în sensul că prin "(...) lămuriri/explicitări/limpeziri cu privire la conținutul documentației de atribuire, nu se pot aduce modificări cu privire la conținutul acesteia din urmă, așa cum a fost publicată în SEAP".

Față de motivele invocate în contestația nr. ... din data de ... contestatorul susține că punctul de vedere al autorității contractante nr. 83253 din 17.04.2014 este netemeinic și nelegal și solicită Consiliului să admită contestația sa și să dispună:

a) în principal, obligarea autorității contractante la continuarea procedurii de atribuire după remedierea caietului de sarcini, în conformitate cu normativele și prevederile legale în vigoare, prin eliminarea corectă și adecvată a specificațiilor tehnice din caietul de sarcini care fac trimitere la un singur furnizor;

b) în subsidiar, în măsura în care este posibil, anularea procedurii de atribuire, întrucât prin modificările aduse la documentația de atribuire, autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsurile corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art.2 alin (2) lit. a) - f) din OUG nr. 34/2006.

Prin adresa nr. 89653/29.04.2014, înregistrată la CNSC sub nr. 13329/29.04.2014, autoritatea contractantă și-a completat punctul de vedere ca urmare a concluziilor scrise depuse de ... menționând că:

- măsurile de remediere s-au dispus la specificațiile caietului de sarcini și nu la criteriile de calificare și selecție care sunt inserate în fișa de date;

- orice autoritate contractante poate lua măsuri de remediere la caietul de sarcini întrucât acest fapt nu îi este interzis de către legislația în materia achizițiilor publice;

- Ordinul ANRMAP nr. 171/2012 arată la art. 2 că în cazul în care autoritatea contractantă modifica prin răspunsul la solicitarea de clarificări conținutul documentației de atribuire, termenele prevăzute la art. 256² alin. (1) din OUG nr. 34/2006, se raportează la data luării la cunoștință despre răspunsul autorității contractante cu privire la solicitarea adresată acestuia;

- va dispune, prin erată, prelungirea termenului de depunere a ofertelor și va înștiința despre modificările aduse caietului de sarcini produse prin emiterea măsurilor de remediere tot prin intermediul unei erate, dar numai după primirea deciziei CNSC privind soluționarea pe fond a cauzei, întrucât procedura este suspendată și nu pot fi operate modificări în sistem.

În concluzie, autoritatea contractantă a solicitat Consiliului respingerea contestației formulată de ... ca nefondată și lipsită de obiect, precum și continuarea procedurii de atribuire.

Analizând actele existente la dosarul cauzei, Consiliul constată următoarele:

... a inițiat procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări, prin „cerere de oferte”, având ca obiect: „.....”, cod CPV 45215141-7, elaborând, în acest sens, documentația de atribuire aferentă și publicând, în SEAP, invitația de participare nr. ... conform căreia valoarea estimată este de 11.216.541,02 lei, fără TVA.

Potrivit invitației de participare, criteriul de atribuire ales este „prețul cel mai scăzut”.

Având în vedere criticile contestatorului, Consiliul se va pronunța asupra acestora, raportat la prevederile legale, în vigoare, din domeniul achizițiilor publice.

Astfel, din conținutul contestației și completării acesteia, Consiliul reține că ... critică specificații tehnice din caietul de sarcini și solicită "remedierea caietului de sarcini", respectiv anularea procedurii de atribuire, „întrucât prin modificările aduse la documentația de atribuire, autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsurile corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art.2 alin (2) lit. a) - f) din OUG nr. 34/2006”.

Din analiza dosarului cauzei, Consiliul constată că, urmare a contestației FN, depusă de ... la Consiliu sub nr. prin care se solicita modificarea documentației de atribuire, autoritatea contractantă a procedat la remedierea acesteia, achiesând, în parte, la solicitările contestatorului, care, astfel, rămân fără obiect; toate modificările aduse documentației de atribuire, publicate în SEAP la data de 17.04.2014, prin documentul denumit „[INV359083/036] Măsuri de remediere - pentru CNSC.pdf”, se referă la specificații tehnice ale acesteia, fără a afecta criteriile de calificare și selecție, ca urmare, nu sunt incidente prevederile art. 179 alin. (3) și alin. (4) din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul constată că, prin publicarea în SEAP a documentului „[INV359083/036] Măsuri de remediere - pentru CNSC.pdf”, care conține măsurile de remediere adoptate de autoritatea contractantă, s-a făcut, în mod corect, aplicarea art. 253¹ alin. (1) din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

În același sens, Consiliul constată că ... a respectat, în elaborarea caietului de sarcini, atât prevederile art.33 alin. (1), art. 35 alin. (1) și alin.(2) din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, cât și scopul și principiile prevăzute de art. 2 al actului normativ precizat.

Analizând legalitatea modificării impuse de autoritatea contractantă, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Ordinul ANRMAP nr. 171/2012, Consiliul constată că modificarea specificațiilor tehnice înscrise în caietul de sarcini a fost stabilită în corespondență cu necesitățile autorității contractante, așa cum reiese din art.35, alin. (2) din ordonanță, respectiv „Specificațiile tehnice reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, în așa manieră încât să corespundă necesității autorității contractante”.

În ceea ce privește celelalte critici, Consiliul le va respinge, ca nefondate, întrucât contestatorul nu precizează modul în care trebuiesc efectuate modificările solicitate, ci se limitează la a susține că specificațiile tehnice stabilite de autoritate și a căror modificare o

solicită, corespund unui singur produs; nu prezintă dovezi din care să rezulte că modificarea cerințelor criticate conduc la obținerea unui produs care să asigure necesitățile autorității contractante; autoritatea contractantă precizând, în punctul de vedere transmis Consiliului, care sunt necesitățile care au condus la stabilirea respectivelor specificații tehnice.

Având în vedere prevederile art. 71 coroborat cu art. 72 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul va obliga autoritatea contractantă la decalarea datei-limită de depunere a ofertelor, prin publicarea unei erate, cu o perioadă suficientă, astfel încât orice operator economic interesat să dispună de un timp rezonabil necesar pentru obținerea informațiilor complete și relevante pentru elaborarea ofertei.

Luând în considerare aspectele de fapt și de drept expuse în motivare, în temeiul art. 278 alin. (5) din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul va respinge, ca nefondată, contestația formulată de ... lider al Asocierii formată din ... ȘI ... în contradictoriu cu autoritatea contractantă ...

În temeiul art. 278 alin. (6) din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul va dispune continuarea procedurii de achiziție publică.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 280 alin.(1) și alin. (3) din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE COMPLET

...

MEMBRU COMPLET

...

MEMBRU COMPLET

...

Redactat în 4 exemplare originale, conține 26(douăzecișisase) pagini.