



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, București, România, CIF 20329980, CP 030084
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4021 8900745 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea:

DECIZIE

Nr. 1558/C11/1702

Data: 17.09.2015

Prin contestația înregistrată la CNSC sub nr. 16645/01.09.2015, formulată de SC SIEMENS SRL, cu sediul în București, str. Preciziei nr. 24, Centrul pentru sprijinirea afacerilor West Gate Business Center, et. 4-6, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/6772/1995, având CUI RO 7614474, reprezentată legal prin Florin Niculescu – Director și Radu Leocovici – Director Comercial, împotriva documentului denumit „Erată Corecții”, publicat, în SEAP, în data de 19.08.2015, de către autoritatea contractantă SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ, cu sediul în Sebeș, str. Surianu nr. 41, cod poștal 515800, județul Alba, în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de furnizare, prin licitație deschisă, având ca obiect APARAT TOMOGRAFIE, cod CPV 33115000-9, 45262600-7, 51411000-6, 71300000-1, s-au solicitat următoarele:

A. Constatarea autorității de lucru judecat a deciziei CNSC nr. 1282/C4/1379 din data de 07.08.2015, în baza art. 430 din Noul Cod de Procedură Civilă și obligarea autorității contractante la remedierea specificațiilor tehnice criticate;

B. Anularea efectelor actului autorității contractante intitulat „Erată Corecții” în ceea ce privește remediile dispuse cu privire la următoarele specificații tehnice și obligarea autorității la remedierea acestora, conform dispozitivului deciziei CNSC și motivării acesteia:

i. „Reducere de doză prin sistem iterativ - în configurație standard - performanța sistemului de reducere de doza iterativă minim 50-60 reducere de doză”; Modificat prin „Erata Corecții”, contrar dispozițiilor Deciziei CNSC, astfel: „Reducere de doză prin sistem iterativ - în configurație standard - pe un protocol standard 20 mSv: min 60%”;

ii. (Consola de Achiziție): „Procesor mare viteză minim dual core 2x2 GHz”, „2 monitoare LCD color, mărimea ecranului: minim 19” rezoluție minim 1280x1024”; Modificate prin „Erata Corecții”, contrar dispozițiilor deciziei CNSC, astfel: „Procesor mare viteză minim dual core 2x2 GHz” „2 monitoare LCD, rezoluție 1280x1024, minim 19 inch”;

iii. (Consola de Postprocesare): „Procesor mare viteza minim dual core 2x2 GHz”; Modificate prin „Erata Corecții” contrar dispozițiilor deciziei CNSC, astfel: „Procesor mare viteza minim dual core 2x2 GHz”;

iv. „Lungime orizontală de scanare: minim în intervalul 150 - 170 cm”; Modificată prin „Erata Corecții”, contrar dispozițiilor deciziei CNSC, astfel: „Lungime orizontală de scanare: 150 cm”.

D. Obligarea autorității contractante la remedierea caietului de sarcini prin modificarea și/sau eliminarea specificațiilor tehnice, ținând cont de dispozitivul deciziei CNSC și de motivarea acesteia, astfel încât caietul de sarcini să fie întocmit în acord cu principiile promovării concurenței, al proporționalității, al garantării tratamentului egal și al utilizării eficiente a fondurilor publice [art. 2, art. 17, art. 35, alin (2) și (5), art. 38, alin. (1) din OUG 34/2006].

În baza legii și a documentelor depuse de părți,
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE:

Admite contestația formulată de SC SIEMENS SRL, cu sediul în București, str. Preciziei nr. 24, Centrul pentru sprijinirea afacerilor West Gate Business Center, et. 4-6, sector 6, în contradictoriu cu autoritatea contractantă SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ, cu sediul în Sebeș, str. Surianu nr. 41, cod poștal 515800, județul Alba.

Obligă autoritatea contractantă la anularea documentului denumit „Erată Corecții”, în ceea ce privește următoarele specificații tehnice, precum și la reformularea acestora, astfel:

- Consolă de achiziție și reconstrucție: „procesor de mare viteză: minim dual core *minim* 2,0 GHz”;

- Consolă de achiziție și reconstrucție: -1 monitor tip LCD, color, mărimea ecranului: *min.* 19 inch, rezoluție: *min.* 1280x1024”;

- Consolă de postprocesare: „procesor de mare viteză: minim dual core *minim* 2,0 GHz”;

- Parametri de scanare: - Lungimea orizontală de scanare: *minim* 150 cm”;

- „Reducere de doză prin sistem de tip iterativ - în configurație standard - *pe un protocol standard* 20 mSv, minim 50-60% reducere de doză”;

în concordanță cu cele dispuse prin decizia Consiliului nr. 1282/C4/1379/07.08.2015.

Măsurile dispuse vor fi aduse la îndeplinire într-un termen de 10 zile de la comunicarea prezentei.

Dispune continuarea procedurii de achiziție publică, cu respectarea celor dispuse și stabilirea unui nou termen de depunere a ofertelor.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.