



# CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

**C. N. S. C.**

Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980  
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnscc.ro

**În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea,**

## **DECIZIE**

**Nr. 1750/C7/1736**

**Data: 15.10.2015**

Prin contestația nr. 5492/03.09.2015, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 16969/04.09.2015, formulată de către S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS S.R.L., cu sediul în București, Calea Floreasca, nr. 169A, clădirea de birouri „Floreasca 169”, corp A3, etaj 7, biroul nr. 1, sector 1, CUI 12924986, reprezentată de către Alexandra Munteanu, în calitate de administrator și director general, împotriva documentației de atribuire, elaborată de către JUDEȚUL SĂLAJ (CONSILIUL JUDEȚEAN SĂLAJ), cu sediul în Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 12, județul Sălaj, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire prin licitație deschisă, pe loturi – lotul 1 : „Achiziționare RMN”, a contractului de achiziție publică, având ca obiect „Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Județean de Urgență Zalău”, se solicită :

- în principal, orice măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire în cauză, respectiv obligarea autorității contractante la modificarea caietului de sarcini, prin modificarea și/sau eliminarea mențiunilor privind specificațiile tehnice ale echipamentului de rezonanță magnetică ce vor fi prezentate în cuprinsul contestației, astfel încât caietul de sarcini să fie întocmit în acord cu principiile promovării concurenței, al garantării tratamentului egal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice (art. 2, art. 35, art. 36 și art. 38 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare);

- în subsidiar, anularea caietului de sarcini și a prezentei proceduri de achiziție publică, cu consecința obligării autorității contractante la întocmirea unei documentații tehnice corespunzătoare, care să respecte

principiile tratamentului egal, al nediscriminării, al liberei concurențe și al proporționalității.

Procedura de soluționare în fața Consiliului s-a desfășurat în scris.

În baza legii și a documentelor depuse de părți,  
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

### **DECIDE:**

Admite, în parte, contestația formulată de către S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS S.R.L., cu sediul în București, Calea Floreasca, nr. 169A, clădirea de birouri „Floreasca 169”, corp A3, etaj 7, biroul nr. 1, sector 1, în contradictoriu cu JUDEȚUL SĂLAJ (CONSILIUL JUDEȚEAN SĂLAJ), cu sediul în Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 12, județul Sălaj, în ce privește solicitarea de obligare a autorității contractante să adopte măsuri de remediere a documentației de atribuire.

Obligă JUDEȚUL SĂLAJ (CONSILIUL JUDEȚEAN SĂLAJ) ca, în termen de 10 zile de la primirea prezentei decizii, să adopte următoarele măsuri de remediere:

- cerința *„tehnologie Zero Boil-Off cu interval tipic de reumplere de minimum 6 ani”* va avea următorul conținut: *„tehnologie Zero Boil-Off”*;

- cerința *„viteza maximă de deplasare longitudinal a blatului mesei: minim 18 cm/s”* va avea următorul conținut: *„viteza maximă de deplasare longitudinal a blatului mesei: minim 10 cm/s”*;

- cerința *„puterea de ieșire a amplificatorului RF : minim 12 kW”* va avea următorul conținut: *„puterea de ieșire a amplificatorului RF : minim 10 kW”*;

- cerința *„tehnologie integrată de bobine Atlas/Tim/GEM/dStream, care să permită conectarea simultană a elementelor de bobine de la bobine diferite: minim 40 de elemente de bobină conectate simultan”* va avea următorul conținut: *„Tehnologie integrată de bobine Atlas/Tim/GEM/dStream, care să permită conectarea simultană a elementelor de bobine de la bobine diferite: minim 37 de elemente de bobină conectate simultan”*.

Obligă JUDEȚUL SĂLAJ (CONSILIUL JUDEȚEAN SĂLAJ) ca, în același termen dispus anterior, să aducă la cunoștința tuturor operatorilor economici interesați modificările intervenite în cuprinsul documentației de atribuire prin publicarea acestora în SEAP și să continue procedura de achiziție publică.

Respinge ca nefondate, criticile cu privire la specificațiile tehnice din caietul de sarcini privind *„greutatea maximă a pacientului (inclusiv în timpul mișcării pe verticală a mesei): minim 190 kg”*, *„bobina endorectală, care să poată fi combinată cu minim bobina de coloană și cea de corp”*, *„viteza de reconstrucție în matrice 256 x 256 la FOV întreg: min 8.500 recon/s”* și *„bobina de dimensiuni mici, minim 4 canale,*

compatibilă cu achiziția în paralel, pentru examinări de carotidă și examinări de FOV mic (ex. pediatrie) și structuri de suprafață”.

Respinge, ca rămasă fără obiect, criticile legate de următoarele specificații tehnice:

- „dimensiunea magnet în axa z inclusiv capace: maxim 165 cm”;
- „greutate aparat în operare (inclusiv heliu) max. 4,7 tone”;
- „computer gazdă: procesor quad-core de minim 2,6 GHz”;
- „computer reconstrucție: procesor quad-core de minim 2,6 GHz”;
- „capacitate de stocare date brute: minim 500 GB”;
- „secțiune minimă slice în 2D: maxim 0,2 mm”;
- „factor de accelerație pentru achiziția în paralel: minim 6”;
- „posibilitatea combinării bobinelor flexibile cu minim: bobina de corp, bobina de coloană”;
- „bobina de genunchi dedicată, rigidă, min. 14 canale, compatibilă cu tehnica de achiziție paralel, cu diametru interior de minim 165 mm”;
- „bobină angiografie periferică, minim 16 elemente, compatibilă cu tehnica de achiziție în paralel, care sa poată fi combinată cu minim bobina de corp, bobina de coloană”;
- „imagistica de difuzie de corp în timp real.”

Obligatorie.

Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.