



# CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

**C. N. S. C.**

Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980  
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 [www.cnsc.ro](http://www.cnsc.ro)

**În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea**

## **DECIZIE**

**Nr. 290S/C7/2222**

**Data: 16.11.2015**

Prin contestația nr. 6811/09.11.2015, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 21767/10.11.2015, formulată de către S.C. SIEMENS S.R.L., cu sediul în București, str. Preciziei nr. 24, Centru pentru Sprijinirea Afacerilor West Gate Business Center, et. 4-5, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/6772/1995, având CIF RO 7614474, reprezentată legal prin Director Healthcare Florin Niculescu și Director Comercial Healthcare Radu Leocovoci, împotriva documentației de atribuire, elaborată de către SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ CARANSEBEȘ, cu sediul în Caransebeș, str. Grădinilor nr. 12, jud. Caraș-Severin, cod poștal 325400, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin licitație deschisă, a contractului de achiziție publică având ca obiect „Furnizare echipament computer tomograf minim 16 slice-uri”, cod CPV 33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2), se solicită, în principal, următoarele:

- suspendarea procedurii de atribuire până la soluționarea fondului cauzei;

- anularea documentației de atribuire și a procedurii de atribuire, cu consecința obligării autorității contractante la organizarea unei proceduri de atribuire cu întocmirea unui caiet de sarcini corespunzător, care să respecte principiile liberei concurențe, proporționalității, nediscriminării, tratamentului egal și utilizării eficiente a fondurilor publice, ținând seama de solicitările de eliminare / modificare a specificațiilor tehnice criticate.

În situația în care nu se dispune măsura anulării procedurii de atribuire, S.C. SIEMENS S.R.L. solicită, în subsidiar, remedierea actelor care afectează procedura de atribuire, respectiv anularea răspunsului de clarificare nr. 6801/05.11.2015 cu privire la răspunsurile nr. 2 și 3 și obligarea autorității contractante la remedierea caietului de sarcini prin modificarea și/sau eliminarea specificațiilor tehnice „Lungimea efectivă a detectorului pe axa z (în izocentru): minim 20 mm” și „Tensiune anodică selectabilă între: 80-140 kV”, în sensul „Lungimea efectivă a detectorului

pe axa z (la izocentru): minim 19,2 mm” și „Tensiune anodică selectabilă între: 80 - 130 kV”, astfel încât caietul de sarcini să respecte principiile promovării liberei concurențe, proportionalității, garantării tratamentului egal și nediscriminatoriu și utilizării eficiente a fondurilor publice, prevăzute la art. 2, art. 17, art. 35 alin. (2) și (5), art. 38 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006.

Prin prezenta urmează a fi soluționată cererea prin care S.C. SIEMENS S.R.L. a solicitat suspendarea procedurii de atribuire până la soluționarea pe fond a contestației.

În baza legii și a documentelor depuse de părți,  
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

### **DECIDE:**

Admite cererea de suspendare a procedurii de atribuire, formulată de către S.C. SIEMENS S.R.L., cu sediul în București, str. Preciziei nr. 24, Centru pentru Sprijinirea Afacerilor West Gate Business Center, et. 4-5, sector 6, în contradictoriu cu SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ CARANSEBEȘ, cu sediul în Caransebeș, str. Grădinilor nr. 12, jud. Caraș-Severin, cod poștal 325400.

Dispune suspendarea procedurii de atribuire până la soluționarea cauzei.

Obligatorie.

Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen de 5 zile de la comunicare.